

SRQ-ID: 1207
Betrifft:

Themenkreis	Dezentrale Komponenten
Schlagwort	Versionierung CT-API eHealth-BCS
zu Dokument / Datei (evtl. ersetzt SRQ)	[gemAnf_BCS]
Version	0.9.0
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	3.1

Stichwort: Versionierung CT-API eHealth-BCS
Frage:

Muss die zu den eHealth-BCS Kartenterminals mitgelieferte Software durch den Hersteller versioniert werden?

Betrifft:

Gültig ab	01.10.2011	Verbindlichkeit	normativ
Zulassungsrelevanz	SRQ ist gültig für alle Zulassungsanträge ab dem "Gültig ab"-Datum sowie Zulassungsanträge, deren Testobjekte nach dem "Gültig ab"-Datum bei der gematik eingereicht werden.		
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version		voraussichtl. Zeitpunkt	
Anmerkungen:			
Status	<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <input checked="" type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input checked="" type="checkbox"/> freigegeben <input type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

Antwort:

Ja, für die Nachvollziehbarkeit von Testresultaten und den Support ist eine eindeutige Versionierung der zur Nutzung des Kartenterminals benötigten Software von den Herstellern der Kartenterminals durchzuführen.

3.1 Funktionale Anforderungen

[...]

- Die zur Anbindung des Kartenterminals an einen Host notwendige und vom Hersteller gelieferte Software (u. a. CT-API) MUSS mit eindeutigen Versionsnummern versehen werden. Zusätzlich MÜSSEN diese Versionsnummern der Software vom Host mit Standardmitteln des jeweiligen Betriebssystems aus den Dateien abgefragt werden können.