

SRQ-ID: 0865

Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt):

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Themenkreis | Dezentrale Komponenten |
| Schlagwort | Desinfektionsfähigkeit |
| zu Dokument / Datei | gemSpec_KT |
| Version | 2.6.0 |
| Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.) | |

Stichwort: Desinfektionsfähigkeit

Frage:

Welche Empfehlungen/Richtlinien existieren seitens der gematik bezüglich der Desinfektionsfähigkeit von Kartenterminals?

Betrifft (wird vom PB ausgefüllt):

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|----------|
| Gültig ab Release | 0.5.2 | Verbindlichkeit | |
| zusätzlicher Download-Link zu Datei: | | | |
| Herstellerbefragung durchgeführt | | am | |
| Wird behoben mit Version | 2.6.2 | voraussichtl. Zeitpunkt | 19.09.08 |
| Anmerkungen: | | | |
| Status | <input checked="" type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion | | |

(wird von der bearbeitenden AG ausgefüllt):

Antwort:

Es wurden folgende Hinweise zum Thema Desinfektionsfähigkeit in die Spezifikation aufgenommen:

3.5.18 Desinfektion der Kartenterminals (informativ)

Hersteller seien darauf hingewiesen, dass eHealth-Kartenterminals auch in Einsatzumgebungen verwendet werden können, die einem erhöhten Übertragungsrisiko für Infektionen, z. B. durch häufigen Hand- und Hautkontakt, ausgesetzt sind. Die regelmäßige Desinfektion der eingesetzten Geräte beim Leistungserbringer, dazu gehören auch Kartenterminals, ist eine Maßnahme zur Verminderung des

Übertragungsrisikos und zur Einhaltung entsprechender Vorgaben, z. B. denen des Arbeitsschutzgesetzes. Weiterführende Informationen sind unter anderem den folgenden Dokumenten zu entnehmen:

- (1) Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen des Robert-Koch-Institutes [RKI],
- (2) Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege [TRBA 250]
- (3) Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin [DAHZ].

| | |
|------------|---|
| [DAHZ] | DAHZ Hygieneleitfaden Ausgabe 7 (2006): Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin |
| [RKI] | Robert-Koch-Institut (2004): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen – Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) |
| [TRBA 250] | Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS: Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege Ausgabe: November 2003 Änderung und Ergänzung Juli 2006 (Bundesarbeitsblatt 7-2006, S. 193) Ergänzung April 2007, GMBI Nr. 35 v. 27. Juli 2007, S. 720 Änderung und Ergänzung November 2007, GMBI Nr.4 v. 14.02.2008, S. 83 |