

SRQ-ID: 0825

Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt):

Themenkreis	Elektronische Gesundheitskarte
Schlagwort	Behandlung des durch offset adressierten Oktetts in transparenten EF
zu Dokument / Datei	eGK-Spezifikation Teil 1
Version	2.2.0
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	N502 N525 N545

Stichwort: Behandlung des durch offset adressierten Oktetts in transparenten EF

Frage:

Meint die Formulierung "Ab der durch offset gekennzeichneten Stelle MÜSSEN die in affectedObject.body enthaltenen Daten durch newData ersetzt werden", dass dies einschließlich der durch offset gekennzeichneten Stelle zu erfolgen hat?

Betrifft (wird vom PB ausgefüllt):

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version	2.2.1	voraussichtl. Zeitpunkt	19.09.08
Anmerkungen:			
Status	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input checked="" type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

(wird von der bearbeitenden AG ausgefüllt):

Antwort:

Damit die Aussage eindeutig ist und keine Interpretation zulässt, wurde der Satz in den Anforderungen N050200, N052500 und N054500 (neue Notation) wie folgt geändert:

Die durch *offset* gekennzeichnete Stelle in *affectedObject.body* und die folgenden Oktette MÜSSEN durch *newData* ersetzt werden.